

Ofício Nº 188/2021-SEMUS

Ilma. Senhora
Lucélia Martins da Costa
Secretário Municipal de Saúde.

Senhora,

Venho por meio desta, solicitar que a Vossa Senhoria possa tomar as providências necessárias para a abertura de Processo Licitatório, obedecendo aos rigores da lei nº. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Considerando a necessidade de abertura de Processo Licitatório para contratação e de empresa especializada em fornecimento de **gás oxigênio medicinal, ar comprimido medicinal, equipamentos e materiais, para atender as necessidades do Pronto Socorro e Hospital Municipal do Município de São Mateus do Maranhão/MA**, de acordo com as informações em Anexo.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1.	RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL Especificação: Acondicionado em cilindros de alta pressão com a pureza de 99,5%.	10.000	METRO CÚBICO
2.	AR COMPRIMIDO - AR COMPRIMIDO MEDICINAL , gás comprimido, grau de pureza mínimo de 99,0%; Símbolo: O ₂ , incolor, inodoro e insípido; em cilindro de 6,5 a 9,0m ³ . Aplicações: Anestésias, Reanimação Cardíaca, Terapia Profilática ou curativa, insuficiência respiratória.	1.000	METRO CÚBICO
3.	VÁLVULA REGULADORA C/ FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO Especificações: Válvula Reguladora de Pressão para Cilindro de Oxigênio 15 litros, com as seguintes características: Confeccionada em metal cromado; Vazão de 15 l/min; Pressão de entrada: 0 a 300 kgf/cm ² ; Pressão de saída: 3,5 kgf/cm ² (fixa); Rosca de entrada universal. Com válvula de segurança; Acompanha Fluxômetro. Conexões	50	UND



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 13.829.344/0001-50



	de entrada e saída de acordo com Padrão ABNT		
4.	KIT OXIGÊNIO PORTÁTIL: 01 Cilindro em alumínio de 03 litros ou 0,450 m ³ para oxigênio medicinal - Válvula CGA (vazio) 01 Regulador depressão para válvula CGA com fluxômetro 0 - 15 lpm 01 Mochila para transporte de cilindro com rodízios e puxador. 01 Kit cateter (copo umidificador + cateter nasal de 2,10m)	05	UND
5.	UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO - FRASCO PVC 250ML - UNITEC - UF210 Especificação: Umidificador para Oxigênio Unitec, equipamento desenvolvido para umedecer oxigênio inalado. Sistema difusor por onde passa o fluxo determinado no fluxômetro, que faz com que a água borbulhe e pequenas partículas desprendam-se misturando-se ao oxigênio ou ar comprimido e saindo do frasco. Acompanha tampa injetada e borboleta injetada c/ enxerto em metal (padrão ABNT), frasco em PVC de 250 ml com boca larga nível mín. e máx.	50	UND

São Mateus do Maranhão - MA, 10 de maio de 2021.

Atenciosamente,


Adriana Araújo Santos
Diretora Administrativa PSHM
Portaria nº 198/2021-GP

ADRIANA ARAUJO SANTOS
Portaria nº 198/2021-GP
Diretora do Hospital e Pronto Socorro Municipal